

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

ข้อที่ 1 ราคารวมที่เสนอ		40%	ชื่อผลิตภัณฑ์/บริษัท		
ข้อที่ 1 ร้อยละความผันแปรของราคาต่อราคากลางสุด		คะแนนเต็ม			
ราคารวมที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง ระบบจะคำนวณอัตโนมัติ	40				
คะแนนรวม ข้อที่ 1	40				
ข้อที่ 2 ประสิทธิภาพ		60%			
ข้อที่ 2.1 เทคโนโลยีและมาตรฐานผลิตภัณฑ์		20%			
2.1.1 Through put ของเครื่อง ตามที่ระบุในข้อบ่งใช้สินค้า (Intend Use) ตั้งแต่ 180 - 199 test/hr (50 คะแนน)		20			
2.1.2 Through put ของเครื่อง ตามที่ระบุในข้อบ่งใช้สินค้า (Intend Use) ตั้งแต่ 200 - 299 test/hr(75 คะแนน)					
2.1.3 Through put ของเครื่อง ตามที่ระบุในข้อบ่งใช้สินค้า (Intend Use) ตั้งแต่ 300 test/hr ขึ้นไป(100 คะแนน)					
คะแนนรวม (ข้อ 2.1)	20				
ข้อที่ 2.2 ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ในส่วน Incubation time		15%			
หัวข้อการประเมิน		คะแนนเต็ม	50 คะแนน (ใช้เวลา > 60 นาที)	75 คะแนน (ใช้เวลา 30 - 60 นาที)	100 คะแนน (ใช้เวลา < 30 นาที)
2.2.1 Incubation time ในกลุ่มการทดสอบ Infection markers		5			
2.2.2 Incubation time ในกลุ่มการทดสอบ Tumor markers		5			
2.2.3 Incubation time ในกลุ่มการทดสอบ Thyroid function test		5			
คะแนนรวม (ข้อ 2.2)	15				
ข้อที่ 2.3 ปริมาณน้อยที่สุดที่เครื่องสามารถตรวจจับ HIV p24 Ag ได้	15%	มีค่าปานกลาง > 1.5 - 1.99 IU/ml (50 คะแนน)	มีค่าน้อย 1.01 - 1.5 IU/ml (75 คะแนน)	มีค่ามาก 0.5 - 1.0 IU/ml (100 คะแนน)	
หัวข้อการประเมิน		คะแนนเต็ม			
2.3.1 ความไวในการตรวจจับ HIV p24 Ag ต้องไม่เกิน 2 IU/ml	15				
คะแนนรวม (ข้อ 2.3)	15				

ข้อที่ 2.4 การพร้อมใช้ของสินค้า (Ready to use)	10%	100 คะแนน(ไม่ต้องเตรียม)	75 คะแนน (เตรียมบางส่วน)	0 คะแนน (เตรียมทั้งหมด)
หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม			
2.4.1 Reagent ready to use	5			
2.4.2 Calibration & control , ready to use	5			
คะแนนรวม (ข้อ 2.4)	10			
สรุปผลการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)				
ชื่อผลิตภัณฑ์				
ข้อที่ 1. ราคารวมที่เสนอ 40 คะแนน	40%			
ข้อที่ 2. ประสิทธิภาพ (Performance) 60 คะแนน	60%			
2.1 Through put ของเครื่อง	20%			
2.2 Incubation time	15%			
2.3 ปริมาณน้อยที่สุดที่เครื่องสามารถตรวจจับ HIV p24 Ag ได้	15%			
2.4 Ready to use	10%			
สรุปผลการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)	100%			

ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายบุญยงค์ จิรสุวรรณกุล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทรงสิทธิ์ หนองไกร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเฉลิมเกียรติ ยานะสาร)