



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๑๙๙๙

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้อำนวยการ จังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติ การสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบ ความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและ ระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวน วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายฉันทิชย์ พูลาภ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภาสกร โสดารัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางอินทร์ ชนก่าน้อย)

(นายธนากร จิรชวาลา)

ท้วนเนี้ยเจ้าหน้าที่

นายชาญชัย จันทร์รัชย์กุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อกล้องส่องตรวจสำหรับชุดวิเคราะห์จำนวน ๑ ชุด
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สีบริจาคจากห้องตลาด
 - ๑ บริษัท เมดิทอป จำกัด
 - ๒ บริษัท เอช ดี เมดิคอล จำกัด
 - ๓ บริษัท เมด-วัน จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายฉันทิชย์ พูลลาภ	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
๒. นายภาสกร โสدارัตน์	ลงชื่อ.....	กรรมการ
๓. นางอินธิรา ชนกเก่น้อย	ลงชื่อ.....	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์

๑. ความต้องการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

๒.๑ เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยรอยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยวิธีการทาง Video Endoscopy

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

๓.๑ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์

๓.๑.๑ ระบบเลนส์

๓.๑.๑.๑ มีมุมมองไม่น้อยกว่า ๑๔๐ องศา

๓.๑.๑.๒ ระยะเห็นภาพขั้ดตั้งแต่ ๒ - ๑๐๐ มม.

๓.๑.๒ ส่วนที่มองได้

๓.๑.๒.๑ บริบูรณ์ชัดได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ องศา

๓.๑.๒.๒ ปรับองลลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ องศา

๓.๑.๒.๓ ปรับองไปทางซ้ายได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ องศา

๓.๑.๒.๔ ปรับองไปทางขวาได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ องศา

๓.๑.๓ ส่วนที่ใช้งาน

๓.๑.๓.๑ เส้นผ่าศูนย์กลางของสายมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑.๖ มม.

๓.๑.๓.๒ ความยาวส่วนที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ มม.

๓.๑.๓.๓ ความยาวทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๖ มม.

๓.๑.๓.๔ มีท่อเครื่องมือขนาดไม่มากกว่า ๓.๘ มม.

๓.๑.๔ ข้อต่อสายนำเสนอและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ องศา

๓.๑.๕ อุปกรณ์ประกอบ

๓.๑.๕.๑ ชุดทำความสะอาด

๑ ชุด

๓.๑.๕.๒ กล่องบรรจุเครื่องมือ

๑ ใบ

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ รับประกันคุณภาพ ๒ ปี นับจากวันที่รับมอบ การรับประกันจะรับประกัน ในการนิการใช้งานปกติ และการบกพร่องจากการผลิต ไม่ครอบคลุมกรณี ตก หล่น กระแทก และการใช้เครื่องมือทำให้เสียหาย

๔.๒ บริษัทผู้จำหน่ายได้รับรองมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๓ บริษัทผู้จำหน่ายสามารถให้ความมั่นใจด้านการบริการหลังการขาย โดยมีช่างซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๕ มีโปรแกรมการบำรุงรักษาสภาพ โดยเครื่องทุกเครื่องจะได้รับการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาสภาพเครื่องโดยช่างชำนาญอย่างน้อยทุกๆ ๔ เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน

๔.๖ มีการอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลในการใช้งาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

๔.๗ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....พันธุ์ชัย พูลลาภ ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....มนต์ กรรมการ (ลงชื่อ).....OL กรรมการ

(นายพันธุ์ชัย พูลลาภ) (นายภาสกร โสดารัตน์) (นางอินทิรา ชนกเก่น้อย)