



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๑๓๕๗

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ชนิดวีดีทัศน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวน วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจลำไส้ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายฉันทิชย์ พูลลาภ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายภาสกร โสดารัตน์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางอินทิรา ขนแก่น้อย)

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาววิวิธาส์ วงษ์สีดาแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายธนากร จิระขวลา)

หัวหน้าสำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท โอลิมปัส (ไทยแลนด์) จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูเอ็นทูที คอนเนคชั่น
 ๓. บริษัท ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายฉันทิชย์ พูลลาภ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. นายภาสกร โสดารัตน์ ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. นางอินทิรา ชนเก้าน้อย ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศน

๑. ความต้องการ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศนชนิดให้รายละเอียดภาพสูง จำนวน ๑ กล้อง

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศนมีเลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้า โดยต่อใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศน และแสดงภาพการตรวจรักษาบนจอมอนิเตอร์การใช้งานต่อกับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศน เพื่อแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์

๓. ลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเลนส์	- มุมมองภาพ	๑๔๐ องศา
	- เห็นภาพชัดของขนาดปกติในระยะระหว่าง	๒-๑๐๐ มม.
๒.๒ ส่วนใช้งาน	- ส่วนปลายเครื่องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า	๑๒.๘ มม.
	- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่มากกว่า	๑๒.๘ มม.
	- ความยาวใช้งาน	๑,๖๘๐ มม.
	- ความยาวรวม	๒,๐๐๕ มม.
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า	๓.๗ มม.
๒.๓ ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง	- ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า	๑๘๐ องศา
	- ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า	๑๘๐ องศา
	- ปรับมุมทางขวาได้ไม่น้อยกว่า	๑๖๐ องศา
	- ปรับมุมทางซ้ายได้ไม่น้อยกว่า	๑๖๐ องศา
๒.๔ มีท่อฉีดล้างโดยเฉพาะแยกออกจากท่ออุปกรณ์		
๒.๕ สามารถปรับความแข็งอ่อนของสายส่องตรวจได้		
๒.๖ รองรับระบบ (Narrow Band Imaging) เพื่อตรวจดูของเนื้อเยื่อหรือเส้นเลือดได้		
๒.๗ ให้ภาพแบบ HDTV		
๒.๘ สามารถต่อใช้งานกับเครื่องประมวลสัญญาณที่โรงพยาบาลมีอยู่ได้		

๔ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐานแต่ละชุดประกอบด้วย


๓.๑	แปรงล้างทำความสะอาด (Channel-opening Cleaning Brush)	๑	อัน
๓.๒	สายแปรงล้างทำความสะอาด (Channel Cleaning Brush)	๑	เส้น
๓.๓	ข้อต่อทำความสะอาดท่อน้ำและท่อลม (AW Channel Cleaning Adapter)	๑	อัน
๓.๔	ข้อต่อสำหรับล้าง (Suction Cleaning Adapter)	๑	เส้น
๓.๕	วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve; ๑๐ pcs/pack)	๑	ท่อ
๓.๖	วาล์วท่อดูด (Suction Valve)	๑	อัน
๓.๗	วาล์วท่อน้ำ/ลม (Air/Water Valve)	๑	อัน
๓.๘	อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อน้ำ/ท่อลม/ท่อดูด (Injection Tube)	๑	ชุด
๓.๙	สายสำหรับช่องฉีดล้าง (Auxiliary water tube)	๑	เส้น
๓.๑๐	อุปกรณ์ปิดท่อสำหรับล้างกล้อง (Channel Plug)	๑	ชุด


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉันทิพย์ พูลลาภ) (นายภาสกร โสดารัตน์) (นางอินทิรา ชนเก้าน้อย)


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
๒. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๒ ปี โดยการรับประกันนี้ รับประกันเฉพาะการบกพร่องจากการผลิตในโรงงาน ซึ่งไม่รวมถึงการรั่วหรือชำรุดอันเกิดจากเครื่องมือหรือวัสดุสิ้นเปลืองในการทำหัตถการ
๓. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องให้
๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายฉันทิชย์ พูลลาภ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายภาสกร โสดารัตน์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางอินทิรา ชนแก่น้อย)