



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๔

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๑๔๘๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางห้ามกรอฟันความเร็วสูงชนิดมีไฟ จำนวน ๕ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางห้ามกรอฟันความเร็วสูงชนิดมีไฟ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางห้ามกรอฟันความเร็วสูงชนิดมีไฟ จำนวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๒) วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางห้ามกรอฟันความเร็วสูงชนิดมีไฟ จำนวน ๕ เครื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิภัทรพงษ์ บำรุงศิริ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวกชวรรณ บุบผาวาสน์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวจิรัชญา พัทธเวทิน)

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายธนากร จิระชาลา)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อ ดำมกรอพันความเร็วสูงชนิดมีไฟ จำนวน ๕ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๒๕,
๓. ๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน็นซ์ (สำนักงานใหญ่)
 ๒. บริษัท ด็อกเตอร์ สมายล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเอส อิมพอร์ต
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายวิภัทรพงษ์ บำรุงศิริ ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวกชวรรณ บุบผาวาสน์ ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓. นางสาวจิรัชญา พัชรเวทิน ลงชื่อ..........กรรมการ

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ตำมกรอความเร็วสูง

1. คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นหัวกรอความเร็วสูง ใช้กรอฟันในช่องปาก

2. คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีความเร็วรอบสูงสุด 430,000 รอบ/นาที และมีแรงกดที่หัวกรอ 26 W
2. Head size มีขนาด $\varnothing$ 12.1 x H 13.3 mm
3. ตัวด้ามทำจาก Stainless Steel
4. Cartridge เป็นระบบ Ceramic Bearing
5. การถอดเปลี่ยน Bur เป็นระบบ Push Button Chuck
6. Handpiece มีระบบ Clean Head System สามารถป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้ย้อนกลับเข้าไปใน Cartridge
7. การ Spray น้ำเป็นแบบ Quattro Spray
8. เป็นหัวกรอความเร็วสูงชนิดมีแสงสว่าง (Optic)
9. สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยวิธีอบแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด 135 องศาเซลเซียส
10. สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดด้วยน้ำมัน Hi-Clean Spray และ PANA Spray Plus
11. ห้างหรือบริษัท มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
12. มีเอกสารอนุญาตประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานของทางราชการอย่างเป็นทางการ
13. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี

3. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในกล่องเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์

.....
.....
.....
.....