



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๑๙๕๓

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจกระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอ
แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๑๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจกระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอ
แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง ด้วยเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจ
กระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผอ. จ. ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติ
การสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบ
ความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องส่องตรวจกระเพาะและลำไส้เล็กส่วน
ต้นชนิดวิดีโอแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง
เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายวิจักขณ์ กัญญาคำ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางทองใส คงวัน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายกานต์กนก สุวรรณมาตย์)

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)

(นายอนนกร จิรชวาลา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ ^{กคช ๑๕} ~~เครื่อง~~ส่งตรวจกระแสไฟฟ้าและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิถีทัศนแบบคมชัดสูง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
๑. บริษัท โอлимпัส (ประเทศไทย) จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูเอ็นพูที คอนเน็คชั่น
๓. บริษัท ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัด
๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|
| ๑. นายวิจักขณ์ กัญญาคำ | ลงชื่อ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางทองใส คงวัน | ลงชื่อ..... | กรรมการ |
| ๓. นายกานต์กนก สุวรรณมัตย์ | ลงชื่อ..... | กรรมการ |

รายละเอียดคุณลักษณะ
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง

ประกอบด้วย

กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง จำนวน ๑ กล้อง
๑. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง จำนวน ๑ กล้อง

๑.๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบวิดีโอทัศนมีเลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้า โดยต่อใช้งานกับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศน เพื่อแสดงภาพการตรวจรักษาบนจอมอนิเตอร์

๑.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| ๑.๒.๑. ระบบเลนส์ | - มุมมองภาพ | ๑๔๐ องศา |
| | - เห็นภาพชัดในระยะตั้งแต่ | ๒-๑๐๐ มม. |
| | - ทิศทางการมองภาพตรงหน้า | ๐ องศา |
| ๑.๒.๒. ส่วนใช้งาน | - ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ๑๐ มม. |
| | - เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ๑๐.๙ มม. |
| | - ความยาวใช้งาน | ๑,๐๓๐ มม. |
| | - ความยาวรวม | ๑,๓๕๐ มม. |
| | - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือ | ๓.๗ มม. |

๑.๒.๓. ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง

- | | |
|---------------------|----------|
| - ปรับมุมขึ้นได้ | ๒๑๐ องศา |
| - ปรับมุมลงได้ | ๙๐ องศา |
| - ปรับมุมทางขวาได้ | ๑๐๐ องศา |
| - ปรับมุมทางซ้ายได้ | ๑๐๐ องศา |

๑.๒.๔. มีปุ่มควบคุมการทำงานที่ตัวกล้องไม่น้อยกว่า ๔ ปุ่ม และสามารถเลือกหน้าที่การทำงานของปุ่มควบคุมทั้ง ๔ ปุ่มบนตัวกล้องได้ ๔ แบบ

๑.๒.๕. สามารถตรวจหามะเร็งเบื้องต้นได้โดยใช้แสงแบบ Narrow Band Imaging (NBI)

๑.๒.๖. การต่อใช้งานกับเครื่องมีลักษณะเป็น Waterproof One-touch Connector

๑.๒.๗. มีช่องฉีดน้ำ (Water Jet) บริเวณปลายกล้อง

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐานแต่ละชุด ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---|------|
| ๑. แปรงล้างทำความสะอาด (Channel-opening Cleaning Brush) | ๑ | อัน |
| ๒. ข้อต่อสำหรับล้าง (Suction Cleaning Adapter) | ๑ | เส้น |
| ๓. ข้อต่อทำความสะอาดท่อน้ำ/ท่อลม (AW Channel Cleaning Adapter) | ๑ | อัน |
| ๔. วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve; ๑๐ ชิ้น/ท่อ) | ๑ | ท่อ |
| ๕. วาล์วท่อดูด (Suction Valve) | ๑ | อัน |
| ๖. วาล์วท่อลม/ท่อน้ำ (Air/Water Valve) | ๑ | อัน |

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิจักขณ์ กัญญาคำ) (นางทองใส คงวัน) (นายกานต์กนก สุวรรณมาตย์)

๒. รับประกันคุณภาพอันเกิดจากความบกพร่องจากการผลิตในโรงงาน เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบอุปกรณ์ ในลักษณะการใช้งานปกติ อันเกิดจากการบกพร่องจากการผลิตในโรงงาน ซึ่งไม่รวมถึงการรั่วหรือชำรุดอันเกิดจากเครื่องมือหรือวัสดุสิ้นเปลืองในการทำหัตถการ
๓. มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยช่างผู้ชำนาญอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิจักขณ์ กัญญาคำ) (นางทองใส คงวัน) (นายกานต์กนก สุวรรณมัตย์)