



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๓๖๓๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๑๙๖๒

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจีปากมดลูกด้วยความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๖๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจีปากมดลูกด้วยความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจีปากมดลูกด้วยความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผอ. จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องจีปากมดลูกด้วยความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางมณฑิชา อุตถากร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายไพฑูรย์ วงษาไฮ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอนัญญา สมสะอาด)





นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)

(นายธนกร จิรชวลา)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องปั๊มดลูกด้วยความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
๑. บริษัท ตะวันแม่คไอสซ์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
(ตามเอกสารที่แนบในใบเสนอราคา)
๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางมณฑิชา อุตถากร ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒. นายไพฑูรย์ วงษาไฮ ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓. นางสาวอนัญญา สมสะอาด ลงชื่อ..........กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดเครื่องจี้ปากมดลูกด้วยความร้อน (Cervical Coagulator)

1. ความต้องการ

ชุดจี้ปากมดลูกด้วยความร้อนมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ความร้อนเพื่อการรักษาปากมดลูกที่มีความผิดปกติ ลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการลุกลามกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก

3. คุณลักษณะทั่วไป

- 3.1. เป็นเครื่องจี้ปากมดลูกด้วยความร้อน
- 3.2. สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกสามารถใช้รักษาได้ในห้องตรวจ
- 3.3. ใช้ไฟฟ้าที่ ขนาด 220-230 โวลต์ 50 ถึง 60 เฮิรตซ์

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- 4.1. เป็นเครื่องจี้ปากมดลูกด้วยร้อน ซึ่งทำให้ความร้อนที่หัวโพรบระหว่าง 60 ถึง 120 องศาเซลเซียส
- 4.2. มีหน้าจอแสดงระดับความร้อนที่หัวโพรบ
- 4.3. สามารถปรับระดับความร้อนได้ตามต้องการผ่านปุ่มหมุนบริเวณหน้าเครื่องแบบ stepless
- 4.4. หัวโพรบเป็นแบบถอดเปลี่ยนได้ มีให้เลือกใช้ตามเหมาะสม กันต่อโพรบทำด้วยแตนเลส สามารถนำไปนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้
- 4.5. หัวโพรบเคลือบด้วย Teflon ทำให้ชิ้นเนื้อที่ทำการจี้ด้วยความร้อนไม่ติดมากับหัวโพรบ
- 4.6. หัวโพรบมีตัวจับวัดอุณหภูมิสามารถบอกอุณหภูมิการใช้ได้อย่างแม่นยำ
- 4.7. สามารถทำลายเนื้อเยื่อที่ทำการรักษาได้ที่ความลึก 4-7 มิลลิเมตร

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 5.1. หัวโพรบสำหรับใช้งานจำนวน 3 อัน
- 5.2. สายเชื่อมต่อความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 1 ชิ้น
- 5.3. รถเข็นสแตนเลส 1 คัน
- 5.4. อุปกรณ์สำหรับนับเวลาการใช้งาน พร้อมระบบเสียงเตือนเมื่อครบกำหนด 1 ชิ้น

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 3 ปี
- 6.2. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง 1 ชุด
- 6.3. เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ