



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๓๕๖๔

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า (Shoe insert Vacuum Machine) จำนวน ๑ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๗๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า (Shoe insert Vacuum Machine) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า (Shoe insert Vacuum Machine) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผอ. จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า (Shoe insert Vacuum Machine) จำนวน ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐธิกานต์ ลอปกิณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายมนต์ชัย จันทร์ฉาย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางคัทธรียา ชินโย)

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายธนกร จิรชวาลา)

หัวหน้างานพัสดุ

(นายชาญชัย จันทรรักษ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า (Shoe Insert Vacuum Machine)

๑. ความต้องการ เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องขึ้นรูประบบสุญญากาศ มีฐานโลหะเหล็กเคลือบสี เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีเฟรมฝาปิดเป็นแผ่นยางซิลิโคนขึ้นรูป ใช้ขึ้นรูปแผ่นโฟม หรือพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปด้วยความร้อนบนหุ่นปูน
๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
 - ๔.๑ ขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๓๖ x ๖๔ x ๒๕ เซนติเมตร
 - ๔.๒ เฟรมขึ้นรูปมีขนาดความกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๕๐ เซนติเมตร
 - ๔.๓ อัตราการดูดอากาศไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 - ๔.๔ แรงสุญญากาศไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิบาร์
 - ๔.๕ ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
 - ๔.๖ มีปั๊มสุญญากาศ สามารถตัดแรงสุญญากาศได้อัตโนมัติ
 - ๔.๗ มีก้านใช้ค้อนช่วยเปิดกรอบและทำให้ยกค้างไว้เพื่อสะดวกต่อการทำงาน
 - ๔.๘ มีชุดใส่กรองอากาศแบบดักน้ำได้ และวาล์วควบคุมการไหลเข้าออกของอากาศ
 - ๔.๙ มีคั่นโยกช่วยล็อกเฟรมให้แนบติดกับชิ้นงาน ช่วยป้องกันอันตรายในการทำงาน
 - ๔.๑๐ มีตู้อบความร้อนสำหรับงานกายอุปกรณ์ พร้อมโต๊ะแบบล้อเข็น จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๑๑ เป็นตู้อบลมร้อนที่มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยม ด้านหน้าเป็นประตูกระจกใสบานพับเปิดจากข้างบนลงล่าง ภายในและภายนอกตู้อบทำด้วยวัสดุสแตนเลส มีพัดลมกระจายความร้อน สามารถตั้งเวลาและอุณหภูมิในการอบได้ พร้อมชั้นตะแกรงจำนวน ๑ ชั้น
 - ๔.๑๒ ขนาดภายนอกความ กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๕๒ x ๔๕ x ๓๑ เซนติเมตร
 - ๔.๑๓ ขนาดภายในความ กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๓๐ x ๒๕ เซนติเมตร
 - ๔.๑๔ ขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร
 - ๔.๑๕ สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด ๒๕๐ องศาเซลเซียส
 - ๔.๑๖ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์
 - ๔.๑๗ ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานบำรุงรักษาของเครื่อง ๒ ชุด โดยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ ๑ ชุด และแปลเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
- ๕.๔ จะต้องมีการมี Catalog แนบมาในการเสนอราคา
- ๕.๕ จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๕.๖ บริษัทจะต้องทำการติดตั้งเครื่องในจุดที่โรงพยาบาลกำหนดจนสามารถใช้งานได้
- ๕.๗ ก่อนส่งมอบเครื่องบริษัทจะต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ดี

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวณัฐธิกาณ์ ลออปักสิน) (นายมนต์ชัย จันทรฉาย) (นางศุภรียา ชินโย)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า (Shoe Insert Vacuum Machine)

๑. ความต้องการ เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับขึ้นรูปแผ่นเสริมรองเท้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องขึ้นรูประบบสุญญากาศ มีฐานโลหะเหล็กเคลือบสี เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีเฟรมฝาปิดเป็นแผ่นยางซิลิโคนขึ้นรูป ใช้ขึ้นรูปแผ่นโฟม หรือพลาสติกที่สามารถขึ้นรูปด้วยความร้อนบนหุ่นปูน
๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
 - ๔.๑ ขนาดความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๓๖ x ๖๔ x ๒๕ เซนติเมตร
 - ๔.๒ เฟรมขึ้นรูปมีขนาดความกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๕๐ เซนติเมตร
 - ๔.๓ อัตราการดูดอากาศไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
 - ๔.๔ แรงสุญญากาศไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิบาร์
 - ๔.๕ ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
 - ๔.๖ มีปุ่มสุญญากาศ สามารถตัดแรงสุญญากาศได้อัตโนมัติ
 - ๔.๗ มีก้านใช้ค้อนช่วยเปิดกรอบและทำให้ยกค้างไว้เพื่อสะดวกต่อการทำงาน
 - ๔.๘ มีชุดใส่กรองอากาศแบบดักน้ำได้ และวาล์วควบคุมการไหลเข้าออกของอากาศ
 - ๔.๙ มีคันโยกช่วยล็อกเฟรมให้แนบติดกับชิ้นงาน ช่วยป้องกันอันตรายในการทำงาน
 - ๔.๑๐ มีตู้อบความร้อนสำหรับงานกายอุปกรณ์ พร้อมโต๊ะแบบล้อเข็น จำนวน ๑ ชุด
 - ๔.๑๑ เป็นตู้อบลมร้อนที่มีลักษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยม ด้านหน้าเป็นประตูกระจกใสบานพับเปิดจากข้างบนลงล่าง ภายในและภายนอกตู้อบทำด้วยวัสดุสแตนเลส มีพัดลมกระจายความร้อน สามารถตั้งเวลาและอุณหภูมิในการอบได้ พร้อมชั้นตะแกรงจำนวน ๑ ชั้น
 - ๔.๑๒ ขนาดภายนอกความ กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๕๒ x ๔๕ x ๓๑ เซนติเมตร
 - ๔.๑๓ ขนาดภายในความ กว้าง x ลึก x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๓๐ x ๒๕ เซนติเมตร
 - ๔.๑๔ ขนาดความจุภายในไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร
 - ๔.๑๕ สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด ๒๕๐ องศาเซลเซียส
 - ๔.๑๖ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์
 - ๔.๑๗ ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์


๕.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานบำรุงรักษาของเครื่อง ๒ ชุด โดยเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ ๑ ชุด และแปลเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
- ๕.๔ จะต้องมีการมี Catalog แนบมาในการเสนอราคา
- ๕.๕ จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
- ๕.๖ บริษัทจะต้องทำการติดตั้งเครื่องในจุดที่โรงพยาบาลกำหนดจนสามารถใช้งานได้
- ๕.๗ ก่อนส่งมอบเครื่องบริษัทจะต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ดี

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวณัฐกานต์ ลออปักสิน) (นายมนต์ชัย จันทรฉาย) (นางศุภรียา ชินโย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ เครื่องขึ้นรูปแผ่นเสริมในรองเท้า (Shoe insert Vacuum Machine) จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยเงินงบประมาณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอป เมดิแคร์
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูมา อินโนเวชั่น
 ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเอ็นจี ครีเอชั่น
๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางสาวณัฐกานต์ ลออปักชิน ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ๒. นายมนต์ชัย จันทร์ฉาย ลงชื่อ..........กรรมการ
 ๓. นางศุภรียา ชินโย ลงชื่อ..........กรรมการ