


ตารางที่ ๑

ตัวชี้วัดคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ด้านการบริการและเกณฑ์การให้คะแนน
สำหรับสุดยอดน้ำยาตรวจเคราะห์สารเคมีและเกลือแร่ในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัดคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ด้านการบริการ	น้ำหนักของตัวชี้วัด (รวม ๑๐๐%)	เกณฑ์คะแนนที่ได้		
		๐ คะแนน	๕๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน
๑. ราคาที่นำเสนอ	๔๐%			
๑.๑ ราคารวมทั้งหมดที่เสนอ การคำนวณ ราคา ตามสูตร eGP = (๑๐๐ - (((PI-Lowest Price)/Lowest Price)* ๑๐๐)) * % weight	๔๐%	ราคากันดับสาม ราคานำร่องลงมา	ราคานำร่องลงมา	ราคากันดับสุด
๒. คุณสมบัติน้ำยาที่เสนอ	๔๐%	๐ คะแนน	๕๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน
๒.๑ น้ำยาตรวจเคราะห์ที่เป็นแบบ Ready to use สะดวกในการใช้งาน โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการเตรียม ผสมหรือ invert หรือตั้งทิ้งไว้เป็นชั่วโมงก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น (ความผิดพลาดในการเตรียมน้ำยา และ Delay TAT)	๖๐%	น้ำยาบางรายการมีขั้นตอนการเตรียม, ผสม หรือ invert หรือตั้งทิ้งไว้เป็นชั่วโมงก่อนการใช้งาน		น้ำยาทุกรายการ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน
๒.๒ มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงในประเทศไทยที่ใช้น้ำยาทดสอบ HbA1c ผ่านการรับรองมาตรฐาน NGSP ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง	๖๐%	มีไม่ถึง ๕ แห่ง		มี ๕ แห่ง
๓. ระบบเครื่องตรวจเคราะห์ที่นำเสนอ	๒๐%	๐ คะแนน	๕๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน
๓.๑ ความเร็วรวมของเครื่องตรวจเคราะห์ อัตราเม็ดทางเครื่องนิยมเพียงพอต่อการบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจและระยะเวลาการรายงานผล	๑๐%	ความเร็วรวมไม่เกิน ๓,๐๐๐ เทสต์ ต่อชั่วโมง	ความเร็วรวม ๓,๐๐๑-๕,๕๐๐ เทสต์ ต่อชั่วโมง	ความเร็วรวม ๕,๕๐๑ เทสต์ ต่อชั่วโมง ขึ้นไป
๓.๒ ระบบเครื่องมีการผสมน้ำยากับสิ่งส่งตรวจเพื่อให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการสัมผัสสิ่งส่งตรวจ (Non invasive)	๕%	ระบบเครื่องมีการผสมน้ำยากับสิ่งส่งตรวจเพื่อให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ โดย มีการสัมผัสสิ่งส่งตรวจ (invasive mixing)		ระบบเครื่องมีการผสมน้ำยากับสิ่งส่งตรวจเพื่อให้สารละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการสัมผัสสิ่งส่งตรวจ (Non invasive mixing)
๓.๓ เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัท	๕%	เป็นเครื่องรุ่นเก่า		เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุด


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายบุญยงค์ จิรสุวรรณกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเจษฎา พัชรเวทิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกฤติมา พลชื่อ)

แบบฟอร์มที่ ๑ : แบบฟอร์มการประเมินผลแต่ละบริษัทผู้เสนอราคา

ตัวชี้วัดตัวคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ	น้ำหนักของ ตัวชี้วัด (%)	คะแนนที่ได้ (คะแนน)	รวม (น้ำหนักของคะแนนที่ได้)
ชื่อบริษัทผู้เสนอราคา			
ชื่อคณะกรรมการผู้ให้คะแนน..... ตำแหน่ง.....			
๑. ราคา (จากคะแนนข้อ ๑.๑)	๕๐		
๒. คุณสมบัติน้ำยาที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๒.๑)	๒๐		
๓. คุณสมบัติน้ำยาที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๒.๒)	๒๐		
๔. ระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่นำเสนอด (จากคะแนนข้อ ๓.๑)	๑๐		
๕. ระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่นำเสนอด (จากคะแนนข้อ ๓.๒)	๕		
๖. ระบบเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่นำเสนอด (จากคะแนนข้อ ๓.๓)	๕		
รวม	๑๐๐		

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายบุญยงค์ จิรสุวรรณกุล) (นายเจewan พัชรเวทิน) (นางกฤติมา พลชื่อ)