

การพิจารณาตัดเลือกผู้เสนอราคา จะเลือกจากผลการให้คะแนนรวมทั้งหมดและจัดลำดับคะแนนโดยเรียงลำดับจากผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดไปต่ำสุดตามลำดับ ซึ่งผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

**ตารางที่ ๑ ตัวชี้วัดคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและเกณฑ์การให้คะแนน
สำหรับขวดเพาะเชื้อแบคทีเรีย และยีสต์ในเลือด และ Sterile body fluids
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด**

ตัวชี้วัดคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ	น้ำหนักของ ตัวชี้วัด (รวม ๑๐๐%)	เกณฑ์คะแนนที่ได้		
		๘๐ คะแนน	๙๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน
๑. ราคาน้ำเสนอ	๔๐%	๘๐ คะแนน	๙๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน
๑.๑ ราคารวมทั้งหมดที่เสนอ	๔๐%	ราค่าต่ำตั้งแต่ อันดับที่สามลงไป	ราค่าต่ำอันดับสอง	ราค่าต่ำที่สุด
๒. คุณสมบัติเบื้องต้นที่เสนอ	๒๕%	๐ คะแนน	๕๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน
๒.๑ ในขวดมีสารถูกขับ antibiotics เพื่อช่วยในการ neutralize ยาปฏิชีวนะต่างๆ ที่มีอยู่ในเลือดผู้ป่วย รวมถึง cysteine ที่ใช้ในการถูกขับยากคุณ carbapenam เพื่อสามารถช่วยลดอัตราผลลัพ ปลอมและเพิ่มอัตราการตรวจพบเชื้อได้มากขึ้น	๑๐%	มีน้อยกว่าครึ่ง	มีไม่ครบแต่ จัดหา มาเพิ่ม	มีครบถ้วน
๒.๒ สามารถใช้ได้กับตัวอย่างเลือดและ sterile body fluid โดยมีเอกสารงานวิจัยรับรอง/หรือระบุ ในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิต	๑๐%	ไม่มี	-	มีเอกสารรับรอง
๒.๓ ในกรณีที่มีการเจาะเลือดใส่ในขวดอาหารเลี้ยง เชือก่อนที่จะมีการนำส่งมายังห้องปฏิบัติการเป็น เวลานาน (Delay Entry) จะต้องมีเอกสารแนบสินค้า รับรอง (package insert) ว่าขวดอาหารเลี้ยงเชือกนั้น สามารถตรวจหาเชื้อได้	๕%	ไม่มีเอกสาร รับรอง	-	มีเอกสารรับรอง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางเนาวรัตน์ วงศ์นิติ) (นายสุพจน์ ลามี) (นางศิริพร หมั่นจิต)

๓. คุณสมบัติเชิงประสิทธิภาพที่เสนอ	๓๕%	๐ คะแนน	๕๐ คะแนน	๑๐๐ คะแนน
๓.๑. เครื่องตรวจวิเคราะห์มีระบบระบุคุณภาพและคุณภาพสิ่งตรวจสอบ ได้แก่ ระบบบางโค้ด , ระบบ level sensing เพื่อตรวจวัดปริมาณ , ระบบถ่ายภาพสิ่งตรวจสอบ เพื่อสอดคล้องและคุณภาพของสิ่งตรวจสอบได้	๑๐%	มีน้อยกว่า ๒ ระบบ	มี ๒ ระบบ	มีครบ ๓ ระบบ
๓.๒ ขั้นตอนในการนำขวดเพาะเชื้อเข้า-ออก เครื่องตรวจวิเคราะห์	๑๐%	เจ้าหน้าที่สแกน باركิ้ฟ และนำ ขวดเข้า-ออก เครื่องเอง	-	เครื่องมีระบบนำ ขวดเข้า-ออก อัตโนมัติ
๓.๓ มีระบบ Automatic Quality control เพื่อช่วยในการควบคุมคุณภาพการเพาะเชื้อให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม	๕%	ไม่มีระบุ	-	ระบุในเอกสารการใช้งาน
๓.๔ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องโดยคอมพิวเตอร์ที่มีระบบสั่งงาน เพียงการสัมผัสจากหน้าจอ (Touch screen graphic interface)	๕%	ไม่มี	-	มี
๓.๕ เมื่อเครื่องขัดข้องช่างสามารถ remote มาทำการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นได้เพื่อย่นระยะเวลา และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน	๕%	ทำไม่ได้	-	ทำได้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางเนาวรัตน์ วงศ์) (นายสุพจน์ ลามี) (นางศิริพร หมั่นจิต)

แบบฟอร์มที่ ๑ แบบฟอร์มการประเมินผลแต่ละบริษัทผู้เสนอราคา

ตัวชี้วัดตัวคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ	น้ำหนักของ ตัวชี้วัด (%)	คะแนนที่ได้ (คะแนน)	รวม(น้ำหนักx คะแนนที่ได้)
ชื่อบริษัทผู้เสนอราคา			
ชื่อคณะกรรมการผู้ให้คะแนน			
๑..... ๒..... ๓.....คำแนะนำ.....คำแนะนำ.....คำแนะนำ.....		
๑. ราคา (จากคะแนนข้อ ๑.๑)	๔๐		
๒. คุณสมบัติเชิงคุณภาพที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๒.๑)	๑๐		
๓. คุณสมบัติเชิงคุณภาพที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๒.๒)	๑๐		
๔. คุณสมบัติเชิงคุณภาพที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๒.๓)	๕		
๕. คุณสมบัติเชิงประสิทธิภาพที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๓.๑)	๑๐		
๖. คุณสมบัติเชิงประสิทธิภาพที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๓.๒)	๑๐		
๗. คุณสมบัติเชิงประสิทธิภาพที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๓.๓)	๕		
๘. คุณสมบัติเชิงประสิทธิภาพที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๓.๔)	๕		
๙. คุณสมบัติเชิงประสิทธิภาพที่เสนอ (จากคะแนนข้อ ๓.๕)	๕		
รวม	๑๐๐		

(ลงชื่อ)ประisan ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)ก. กรรมการ (ลงชื่อ)ก. กรรมการ
 (นางเนาวรัตน์ วงศ์สุวัฒน์) (นายสุพจน์ ลามี) (นางศิริพร หมั่นจิต)