



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ๕ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๕๒๘๐

วันที่ ๓๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

๑. ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุง ตามบันทึกข้อความ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๒/๔๒๓๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๑)

๒. จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ (เอกสาร ๒)

๓. ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๖๘๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง (เอกสาร ๓)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับแต่งตั้งได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลั่นหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย (เอกสาร ๕)

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (เอกสาร ๖)

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (เอกสาร ๗)

/๕. คำสั่ง...

๕. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง การจัดทำและบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีคัดเลือก วงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๘)

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ในการซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี สบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ต่อไป

(ลงนาม).....ประธานกรรมการ

(นายภริทัตต์ สุทธิประภา)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงนาม).....กรรมการ

(นายทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงนาม).....กรรมการ

(นางสายพิน บุญศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นายชาญชัย จันทรรักษ์กุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายธนกร จิรชวาลา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี สบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง
วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มาจาก
การสืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท เลเซอร์เมด จำกัด เป็นเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)
๒. บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ไอ.เอส.มณฑลเทศ เป็นเงิน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายภูริทัตต์ สุทธิประภา ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. นายทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์ ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. นางสาวพิน บุญศรี ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง

เครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ความต้องการ

เครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

๒.๑ เพื่อใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ที่มีความผิดปกติของเม็ดสี เช่น ปาน ฝ้า กระ (Pigmented Lesions) และลบรอยสักสี (Multi-color Tattoo Removal) ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

๒.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันต่อเหตุการณ์และเพียงพอตลอดเวลา

๓. วงเงินงบประมาณ

เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกราย จะต้องมีความสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ลงชื่อ.....

(นายภูริทัตต์ สุทธิประภา)

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสายพิน บุญศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔.๑๓ สำเนาทะเบียนรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๕. คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑ เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีแหล่งกำเนิดเลเซอร์คิว สวิตช์ เอ็นดีแคว (Q Switched Nd:YAG) ความยาวคลื่นแสง ๑,๐๖๔ และ ๕๓๒ นาโนเมตรในเครื่องเดียวกัน

๕.๒ มีช่องเสียบที่สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแสงไอพีแอล (IPL) อยู่ในเครื่องเดียวกันได้

๖. คุณสมบัติทางเทคนิค

๖.๑ มีโหมดการใช้งานของ Q Switch ๑๐๖๔ นาโนเมตรสามารถเลือก ๓ โหมด มีคุณสมบัติดังนี้

๖.๑.๑ โหมด QS (Single Pulse)

๖.๑.๑.๑ มีช่วงเวลาในการปล่อยแสง (Pulse width) มีขนาดเท่ากับ ๖ นาโนวินาที

๖.๑.๑.๒ ให้พลังงานต่อพื้นที่ (Fluence) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕ จูล์ต่อตารางเซนติเมตร

๖.๑.๒ โหมด OP (Double Pulse)

๖.๑.๒.๑ มีช่วงเวลาในการปล่อยแสง (Pulse width) มีขนาดเท่ากับ ๖ + ๖ นาโนวินาที

๖.๑.๒.๒ ให้พลังงานต่อพื้นที่ (Fluence) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ จูล์ต่อตารางเซนติเมตร

๖.๑.๓ โหมด PT (Photo-Thermal)

๖.๑.๓.๑ มีช่วงเวลาในการปล่อยแสง (Pulse width) มีขนาดเท่ากับ ๓๐๐ ไมโครวินาที

๖.๑.๓.๒ ให้พลังงานต่อพื้นที่ (Fluence) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ จูล์ต่อตารางเซนติเมตร

๖.๑.๔ สามารถตั้งความถี่การยิง (Repetition Rate) สูงสุด ๑๐ ครั้งใน ๑ วินาที

๖.๒ มีโหมดการใช้งานของ Q Switched ๕๓๒ นาโนเมตรสามารถเลือก ๒ โหมด มีคุณสมบัติดังนี้

๖.๒.๑ โหมด QS (Single Pulse)

๖.๒.๑.๑ มีช่วงเวลาในการปล่อยแสง (Pulse width) มีขนาดเท่ากับ ๖ นาโนวินาที

๖.๒.๑.๒ ให้พลังงานต่อพื้นที่ (Fluence) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ จูล์ต่อตารางเซนติเมตร

๖.๒.๒ โหมด OP (Double Pulse)

๖.๒.๒.๑ มีช่วงเวลาในการปล่อยแสง (Pulse width) มีขนาดเท่ากับ ๖ + ๖ นาโนวินาที

๖.๒.๒.๒ ให้พลังงานต่อพื้นที่ (Fluence) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕ จูล์ต่อตารางเซนติเมตร

๖.๒.๓ สามารถตั้งความถี่การยิง (Repetition Rate) สูงสุด ๑๐ ครั้งใน ๑ วินาที

๖.๓ สามารถใช้ได้กับหัวยิงเลเซอร์ขนาดดังต่อไปนี้

๖.๓.๑ หัวยิงเลเซอร์ Q Switched Nd:YAG ๑,๐๖๔/๕๓๒ nm แบบเหลี่ยม ขนาด ๒x๒, ๓x๓, ๔x๔, ๕x๕ และ ๗x๗ มิลลิเมตร

๖.๓.๒ หัวยิงเลเซอร์ Q Switched Nd:YAG ๑,๐๖๔/๕๓๒ nm แบบกลม ขนาด ๓, ๔.๕, ๖, ๗.๕, ๘ และ ๑๐.๕ มิลลิเมตร

๖.๓.๓ หัวยิงเลเซอร์ ชนิด Fractional ขนาด ๘, ๙ มิลลิเมตร

๖.๔ ใช้ระบบส่งลำแสงเลเซอร์แบบ Articulated Arm แบบถ่วงน้ำหนัก

๖.๕ ใช้กระแสไฟฟ้า ๒๐๐-๒๔๐ โวลท์ ๓.๗ kVA ๕๐/๖๐ Hz

ลงชื่อ.....

(นายภูริทัตต์ สุทธิประภา)

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์)

นายแพทย์ชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสายพิน บุญศรี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๗. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๗.๑ แขนแบบ Articulated Arm	จำนวน ๑ อัน
๗.๒ หัวยิงเลเซอร์ Q Switched Nd:YAG ๑,๐๖๔/๕๓๒ nm แบบกลม	จำนวน ๓ อัน
๗.๓ หัวยิงเลเซอร์ Q Switched Nd:YAG ๑,๐๖๔/๕๓๒ nm	จำนวน ๑ อัน
แบบ Fractional ขนาด ๘ มิลลิเมตร	
๗.๔ แวนตาป้องกันแสงเลเซอร์สำหรับแพทย์	จำนวน ๑ อัน
๗.๕ แวนตาป้องกันแสงเลเซอร์สำหรับคนไข้	จำนวน ๑ อัน

๘. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๘.๑ ผู้ขายจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๘.๒ เครื่องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
- ๘.๓ มีคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
- ๘.๔ มีช่างผู้ชำนาญการมาสาธิตการใช้เครื่องพร้อมการติดตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนเป็นที่พอใจของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
- ๘.๕ ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งพร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้
- ๘.๖ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี (เริ่มต้นการรับประกันตั้งแต่ วันที่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของเรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่หมดการรับประกันตามสัญญา)
- ๘.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยจาก ยุโรป (CE) และ สหรัฐอเมริกา (USFDA)
- ๘.๘ ในระหว่างประกันถ้ามีการพัฒนา Software จากผู้ผลิต ผู้ขายจะทำการ Upgrade ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๙. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑. ราคาากลาง

ชื่อเครื่องเลเซอร์รักษาเม็ดสี ลบรอยสัก รอยแผลเป็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
(นายภูริทัตต์ สุทธิประภา)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายทินภัทร ยศไตรศรีวิรัตน์)
นายแพทย์ชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสายพิน บุญศรี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ