



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ จำนวน ๑ ชุด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๑๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ข้อกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๑๘๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง การจัดทำและการบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องและการคืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ดังนี้ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ จำนวน ๑ ชุด ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายทรงพล ไชยแสง)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางทองใส คงวัน)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวธิดารัตน์ อุดมพร)

(นายธนากร จิรชวาลา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๑

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม)

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายธนากร จิรชวาลา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ
จำนวน ๑ ชุด

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด

๒. บริษัท สยาม แพคตอรี จำกัด

๓ บริษัท ไบ โอ ลิตเตอร์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายทรงพล ไชยแสง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. นางทองใส คงวัน

ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. นางสาวธิดารัตน์ อุดมพร

ลงชื่อ.....กรรมการ


**คุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจท่อนำไข่
และกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ**

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับส่องตรวจและผ่าตัดภายในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค เป็นแบบ Flexible สามารถโค้งงอและปรับทิศทางได้
๒. คุณสมบัติทั่วไป เป็นกล้องส่องตรวจภายในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค แบบ Flexible สามารถโค้งงอและปรับทิศทางได้
๓. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - ๓.๑ ตัวกล้องเป็นแบบ Fiberscope สามารถโค้งงอได้
 - ๓.๒ ที่หน้าตัดของตัวกล้องลาดเอียงทำมุม ๐ องศา มีมุมมองภาพกว้างไม่น้อยกว่า ๑๑๐ องศา
 - ๓.๓ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกมีขนาดไม่เกิน ๕ มม.
 - ๓.๔ มีความยาวของช่วงใช้งานไม่เกิน ๔๐๐ มม.
 - ๓.๕ มีช่องสำหรับใส่เครื่องมือได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม.
 - ๓.๖ ระยะปรับมุมมี มุมขึ้นสามารถปรับได้ไม่เกิน ๒๑๐ องศา และมุมลงสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องศา (รวม ๓๖๐ องศา)
 - ๓.๗ สามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้
๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
 - ๔.๑. ปากคีบแบบ Grasping forceps ขนาดไม่เกิน ๕๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
 - ๔.๒. ปากคีบแบบ Biopsy forceps ขนาดไม่เกิน ๕๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
 - ๕.๒. มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางโรงงานผู้ผลิต
 - ๕.๓. มีช่างผ่านการอบรมสามารถซ่อมเครื่องใช้ได้

ราคากลาง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายทรงพล ไชยแสง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางทองใส คงวัน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวธิดารัตน์ อุดมพร)