

ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้

ประกอบด้วย

1. เครื่องรอฟันเคลื่อนที่ แบบ ๖ ช่อง ยี่ห้อ GREELOY
แบบมีปั๊มลมในตัว


หน่วยนับ : เครื่อง (UNIT)

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นโครงโลหะเคลือบสีป้องกันสนิม มีลูกล้อสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก
2. ด้านบนของเครื่องสามารถวางเครื่องมือ และวัสดุได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต พลังงาน ๖๐๐ วัตต์
2. สายหัวกรอเร็ว Airtor ความยาวโดยประมาณ ๑.๕ เมตร แบบ ๔ รู ชนิด Polyurethane Tube จำนวน ๑ ชุด
3. สายหัวกรอช้า Air motor ความยาวโดยประมาณ ๑.๕ เมตร แบบ ๔ รู ชนิด Polyurethane Tube จำนวน ๑ ชุด
4. Triple syringe สามารถเป่าลม - น้ำ และ สเปรย์อยู่ในหัวเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
5. มีเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้าชนิด Piezo ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
6. มีเครื่องฉายแสงทันตกรรม ติดตั้งภายในเครื่อง
7. มีเครื่องดูดน้ำลาย ติดตั้งอยู่ในเครื่อง จำนวน ๑ ชุด
8. สายหัวกรอเร็ว และสายหัวกรอช้า เป็นแบบอัตโนมัติ หยิบหัวกรอ ออกใช้ได้ทันทีที่สั่งงานโดยฟุตสวิตช์
๙. สามารถปรับปริมาณน้ำ และลมได้สะดวกและมีมาตรวัดความดันลมที่ใช้กับหัวกรอ
๑๐. มีฟุตสวิตช์ควบคุมการทำงานของหัวกรอเร็วและหัวกรอช้าและสามารถถอดออกจากตัวเครื่องได้ เพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก
๑๑. มีกระบอกน้ำใส่น้ำกลั่น จุได้อย่างน้อย ๑ ลิตร
๑๒. เป็นตู้โลหะเคลือบสีป้องกันสนิม มีลูกล้อสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้
๑๓. มีเครื่องอัดอากาศติดตั้งภายในตู้
๑๔. ขนาดเครื่อง ๔๔ x ๓๕ x ๗๒ เซนติเมตร
๑๕. น้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัม
๑๖. แรงอัดอากาศ ๐-๘ บาร์
๑๗. เสียงต่ำสุดที่ ๔๘ dB
๑๘. การไหลของอากาศ ๑๑ BL/min



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ส่งมอบและตรวจรับสินค้า มีอะไหล่รองรับทุกรุ่นของยี่ห้อ GREELOY ตลอดอายุการใช้งาน

๒. เก้าอี้สนามพร้อมถาดและอ่าง

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. ทำด้วยโครงสแตนเลส สามารถปรับพับเข้าหากันได้
๒. พนักพิง เบาะหนัง และหมอน ทำด้วยหนังเทียมหุ้มฟองน้ำ
๓. พนักพิงหลังอยู่ในท่านอนราบมีความสูงจากพื้นประมาณ ๑๑ นิ้ว



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางลดาพรรณ อมรมรกต) (นางกชวรรณ เหล่าอรุณ) (นายคิน สุธิกุล)

๔. มีหมอนซึ่งเลื่อนได้ ไว้รองศีรษะแยกส่วนพนักพิง
๕. ด้านซ้ายของเก้าอี้มีแกนไวยึดที่วางแก้วน้ำ และที่บัวนปากสามารถถอดออกได้
๖. ด้านขวามีแกนไวยึดกับถาดสำหรับวางเครื่องมือ และสามารถถอดออกได้

๗. มีที่ปักเท้าเป็นไม้บุด้วยโฟมเก้า
๘. พนักพิงปรับได้ ๓ ระดับ คือ ตั้ง เอน นอน
๙. โคมไฟทันตกรรมเคลื่อนที่

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐V ๕๐Hz
๒. ระยะใช้งานที่เหมาะสม ๓๐-๕๐เซนติเมตรจากโคมไฟ
๓. ปรับตำแหน่งการใช้งานได้
๔. มีล้อ สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก

๕. เก้าอี้ทันตแพทย์ และ เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติ

๑. เก้าอี้สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้
๒. สามารถหมุนได้
๓. มีล้อเลื่อน ๕ ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก



ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสดาวรรณ อมรมรกต) (นางกชวรรณ เหล่าอรุณ) (นายวศิน สุธิกุล)