



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ๕ ต่อ ๗๖๗๙
ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/๓๐๒๐ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพ
ผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

๑. ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพ
ผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
โดยใช้เงินบำรุง แผนปฏิบัติการกลางปี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามบันทึกข้อความกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๒/๒๒๑๕ ลงวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (เอกสาร ๑)

๒. จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายการซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (เอกสาร ๒)

๓. ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๔๑๔๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง สำหรับซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพ
ผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง (เอกสาร ๓)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับแต่งตั้งได้ร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
สำหรับซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๒๑ ในการซื้อจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
(เอกสาร ๕)


๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) (เอกสาร ๖)


๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (เอกสาร ๗)

๕. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบกับคำสั่ง จังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓๑๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผนวก จ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบ อำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง การ จัดทำและบริหารสัญญาตามผลการจัดซื้อจัดจ้างจนเสร็จสิ้นสัญญา การตรวจสอบความถูกต้องการคืน หลักประกันสัญญา รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้างต้น ข้อ ๓.๒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๘)

ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ในการซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อไป

(ลงนาม)..........ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง)
นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงนาม)..........กรรมการ
(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงนาม)..........กรรมการ
(นางยุภาภรณ์ ผ่านสำแดง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๗
(นายณรงค์ชัย สังฆา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด


(นางเยาวธิดา พูลเพิ่ม)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ


(นางสาววันวิสาข์ วงศ์สิตาก้าว)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ


(นายธนากร จิรवाल)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง แผนปฏิบัติการกลางปี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มาจาก

การสืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท เอส.ซี.เอส.(ดีจิเทค) โปรดักส์ จำกัด เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒. บริษัท ไทย ดับเบิลเอส จำกัด เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๓. บริษัท คราวน์ เมดิคอล จำกัด เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายพิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. นางสาวสุพรรณิ ขาชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. นางยุภาภรณ์ ผ่านสำแดง

ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ

๑. ความต้องการ

เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าสามารถนวดหัวใจด้วยแรงและอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาที่ทำการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) เพิ่มการสูดเลือดโดยรอบเข้าสู่หัวใจให้เร็วขึ้น

๓. วงเงินงบประมาณ

เงินบำรุง แผนปฏิบัติการกลางปี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายการซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
- ๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๔.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพที่ประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

ลงชื่อ.....

(นายพิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางยุภาภรณ์ ผ่านสำแดง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๒ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔.๑๓ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๕. คุณสมบัติทั่วไป

๕.๑ การทำงานของเครื่องเป็นไปตาม AHA Guideline ๒๐๒๐ ในการช่วยฟื้นคืนชีพ

๕.๒ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถใช้งานได้มากกว่า ๖๐ นาที

๕.๓ สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้ในที่ต่างๆ เช่น ใช้งานในการพยาบาล (Ambulance) และนำลงไปใช้ในสถานที่เกิดเหตุโดยสะดวก

๕.๔ สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบไร้สายได้ ผ่าน Bluetooth

๖. คุณสมบัติเฉพาะ

๖.๑ ใช้เทคโนโลยีแบบกดและรัดรอบตัว แบบ ๓๖๐ องศา ๓D Compression เพื่อประสิทธิภาพและลดอาการบาดเจ็บในการคืนตัวในตำแหน่งเดิมของหน้าอกผู้ป่วย (Fully Chest Recoil)

๖.๒ ตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่มีน้ำหนักไม่เกิน ๓.๑ กิโลกรัม

๖.๓ สามารถปรับความถี่ในการนวดหัวใจ ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๑๒๐ ครั้งต่อนาที

๖.๔ สามารถปรับอัตราการกดหน้าอกลึกลงไป ตั้งแต่ ๓๐ - ๕๕ มิลลิเมตร

๖.๕ สามารถเลือกโหมดใช้งานได้ทั้ง Continuous และ ๓๐:๒

๖.๖ ใช้แบตเตอรี่แบบ Rechargeable Lithium ion เป็นพลังงานหลักในการส่งพลังงานไปที่แท่งดันหน้าอก

๖.๗ เมื่อชาร์จไฟเต็มสามารถใช้งานได้มากกว่า ๖๐ นาที

๖.๘ มีสายรัดลำตัวเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีขนาดเล็กเกินไปและผู้ป่วยที่มีขนาดใหญ่ โดยมีขนาดสายรัดมาให้ ๓ ขนาด คือ ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่, และ ขนาดใหญ่พิเศษ

๖.๙ สามารถใช้กับผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบนเตียงขึ้นและในรถพยาบาลขณะเคลื่อนที่ได้สะดวก โดยรองรับการทำงาน ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่ง ๔๕ องศาและเครื่องยังสามารถทำงานได้

๖.๑๐ สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อเปิดดูข้อมูลได้เรียกดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้ โดยการเชื่อมผ่านแบบไร้สาย

๖.๑๑ ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA/ ๔๘๐W

๖.๑๑.๑ เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line interactive With stabilizer ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

๖.๑๑.๒ เป็นเครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐VA / ๔๘๐ W

๖.๑๑.๓ สภาวะปกติ รองรับไฟฟ้าขาเข้าและความถี่ได้ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ VAC -๓๔% + ๓๒% ๕๐Hz +/-๑๐%

๖.๑๑.๔ สภาวะปกติ สามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าขาออกได้ที่ ๒๒๐VAC+/-๑๐%

๖.๑๑.๕ สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ลงชื่อ.....

(นายพิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายยุทธภรณ์ ผ่านสำแดง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๖.๑๑.๖ มีระบบทดสอบการทำงาน Auto Self-test

๖.๑๑.๗ มี ระบบBATTERY REPACEMENT แจกแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

๖.๑๑.๘ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานซึ่งได้รับการรับรอง มาตรฐาน รง ๔ ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์,มอก.๑๒๙๑ เล่ม ๑, ๑๒๙๑ เล่ม ๒ และ ๑๒๙๑ เล่ม ๓ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ :๒๐๑๕ NAC, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ NAC ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการบริการเครื่องสำรองไฟฟ้า Battery และ Surge Protector และ Generator พร้อมเอกสารประกอบ , MIT MADE IN THAILAND

๖.๑๒ ได้รับการมาตรฐานจาก CE, ISO และ มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานในโรงพยาบาล EN๑๗๘๙

๖.๑๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทำอากาศยาน RTCA/DO-๑๖๐G Airborne Equipment Electromagnetic Compatibility

๗. ชุดอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๗.๑ แบตเตอรี่	จำนวน ๑ ก้อน
๗.๒ สายชาร์ตแบตเตอรี่	จำนวน ๑ ชุด
๗.๓ Suction cup หรือ Protective cap	จำนวน ๑ ชิ้น
๗.๔ สายรัดหน้าอก	จำนวน ๓ เส้น
- ขนาด ไส้ M	จำนวน ๑ เส้น
- ขนาดไส้ L	จำนวน ๑ เส้น
- ขนาดไส้ XL	จำนวน ๑ เส้น
๗.๕ รีโมทเพื่อใช้ในการปรับค่า	จำนวน ๑ ชิ้น
๗.๖ กล่องใส่เครื่อง	จำนวน ๑ ใบ
๗.๗ แท็บเล็ต	จำนวน ๑ เครื่อง

๘. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๘.๑ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
- ๘.๒ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๘.๓ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันตรวจรับ
- ๘.๔ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่สาธิตการใช้งาน
- ๘.๕ เป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน IEC. ๖๐๖๐๑-๑

๙. เกณฑ์การพิจารณา

ใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบงานภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๑. ราคากลาง

ซื้อเครื่องช่วยย่นวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....
(นายพิเชษฐ์ อมรพิกุลทอง)
นายแพทย์ชำนาญการ
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุพรรณิ ชาชุม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางยุภาภรณ์ ผ่านสำแดง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรรมการ