



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๑๗๕๕

วันที่ ๑๙ เม.ย ๒๕๖๒

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๖๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๓ เตียง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๓ เตียงๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๓ เตียงดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางศิรินทรา โคตะโน)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางนุชนารถ แก้วกันเนตร)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวจุฑาภรณ์ เพิ่มพูล)

(นายจตุพร พงษ์ทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายจตุพร พงษ์ทอง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พันเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

นายเจริญ นิลสุ

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๓ เตียง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จำนวน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
 ๒. บริษัท กู๊ดวิว อินสตรูमेंท์ จำกัด
 ๓. บริษัท สิทธิผลการแพทย์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางศรินทรา โคตะโน ประธานกรรมการ
 ๒. นางนุชนารถ แก้วกันเนตร กรรมการ
 ๓. นางสาวจุฑาภรณ์ เพิ่มพูน กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๒

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงเคลื่อนย้ายคนไข้ ระบบไฮดรอลิกที่สามารถปรับเป็นเตียงสังเกตการณ์หรือเตียงรถเข็นผู้ป่วยได้

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม.

๒.๒ ปรับระดับส่วนหลังด้วยใช้คอปแกสโดยใช้มือ

๒.๓ ปรับระดับสูง-ต่ำของเตียงระบบไฮดรอลิกโดยใช้เท้าปรับ Trendelenburg & Reverse Trendelenburg ด้วยระบบไฮดรอลิกใช้เท้าปรับ

๒.๔ ปรับระดับส่วนขาด้วยระบบมือหมุนที่ท้ายเตียง พับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงพ่นเคลือบสีอย่างดี สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า

๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งลูกล็อกกันชนที่บริเวณมุมทั้ง ๔ มุมของเตียง

๓.๒ ล้อ ๔ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว เป็นระบบ Central lock ล้อคที่เดียวทั้ง ๔ ล้อ โดยใช้เท้าปรับบริเวณหัวเตียงหรือที่ท้ายเตียง และมีล้อ Steer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว อยู่บริเวณกลางเตียง โดยมีแป้นเหยียบเพื่อใช้งานที่บริเวณฐานทั้ง ๒ ด้านของเตียง

๓.๓ ฐานเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสีเคลือบ หุ้มด้วยพลาสติกขึ้นรูปมีความสวยงามและสามารถวางอุปกรณ์ได้

๓.๔ พื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ส่วน ในส่วนรองรับแผ่นหลังปูทับด้วยแผ่นลามิเนต สามารถเอ็กซ์เรย์ผ่านได้ และพื้นเตียงส่วนอื่นปูด้วยแผ่นเหล็กพ่นสีเคลือบสี เเจาะรูระบายอากาศ

๓.๕ ราวข้างเตียงผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป มีช่องมือจับ สามารถพับตั้งขึ้นใช้งานได้ ปรับราวข้างเตียงให้เป็นแนวราบได้เพื่อสไลด์คนไข้จากเตียง และพับเก็บลงได้ที่ได้เตียง โดยมีปุ่มล็อก ราวข้างเตียงจะมีมาตรฐานวัดองศาทั้งในส่วนปรับหลังและปรับขาเพื่อดูองศาในการปรับระดับ

๓.๖ มือจับช่วยเข็น ติดตั้งบริเวณหัวเตียงและท้ายเตียง ในส่วนมือจับด้านหัวเตียงทำด้วย PU พับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานและมือจับช่วยเข็นที่ท้ายเตียงทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบสี

๓.๗ ขึ้นวางอุปกรณ์ ติดตั้งที่บริเวณท้ายเตียง โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส แข็งแรง หน้าโต๊ะทำด้วยพลาสติกขึ้นรูปพร้อมสายรัด สามารถพับเก็บได้หรือถอดออกได้เมื่อใช้งาน

๓.๘ ที่นอนทำด้วย ฟองน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ขนาดพอดีกับเตียง หุ้มด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ มีzipถอดทำความสะอาดได้

๓.๙ การปรับระดับ

๓.๙.๑ ปรับระดับหลังได้ไม่น้อยกว่า ๖๕ องศา ด้วยระบบใช้คอปแกสโดยใช้มือปรับ

๓.๙.๒ ปรับระดับขาขึ้นไม่น้อยกว่า ๕๐ องศา ด้วยระบบมือหมุนที่ท้ายเตียงสามารถพับเก็บได้


๓.๙.๓ ปรับระดับเตียงต่ำสุดที่ ๖๒ ซม. ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๙๒ ซม. ด้วยระบบไฮดรอลิกโดยใช้เท้าปรับที่บริเวณฐานเตียงทั้ง ๒ ด้าน

๓.๙.๔ ปรับล้อ Steer เพื่อใช้งาน โดยใช้เท้าปรับที่บริเวณฐานเตียงทั้ง ๒ ด้าน

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป หรือ ไทย
- ๔.๒ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๔.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๓ เตียง ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นางศิรินทรา โคตะโน)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางนุชนารถ แก้วกันเนตร)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางสาวจุฑาภรณ์ เพิ่มพูล)