



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/ ๙๙๑

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอน ตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัวดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิบูลย์ เตชะโกศล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิจักขณ์ กัญญาคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางทองใส คงวัน)

(นายอุบัยรัตน์ พันธ)

พันเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายชลวิทย์ หลาวทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๓๗๒,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท โอสิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุเ็นทุที คอนเน็คชั่น
 ๓. บริษัท ไอเบอล่า จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายวิบูลย์ เตชะโกศล	ประธานกรรมการ
๒. นายวิจักขณ์ กัญญาคำ	กรรมการ
๒. นางทองใส คงวัน	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๓

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Disinfection) Videoscope, Fiberscope แบบอัตโนมัติ ได้ครั้งละ ๑ หรือ ๒ ชุดพร้อมกัน เป็นการลดภาระการทำงานของพยาบาล โดยทำความสะอาดทั้งภายนอกกล้อง, Channel Interior รวมทั้งส่วน valve ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ High pressure Pump ทั้งลมและน้ำ

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. สามารถล้างเอ็นโดสโคป ทั้งระบบ Videoscope , Fiberscope ได้ครั้งละ ๑ หรือ ๒ ชุดพร้อมกัน
๒. มีระบบเช็ครั่วของกล้อง (Leakage Tester) เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพรั่วของกล้องก่อนทำการล้าง เพื่อป้องกันการเสียหายของกล้องถ้ามีการรั่วเกิดขึ้น
๓. สามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชนิด Glutaraldehyde และ Ortho Phuthaladehyde (OPA) กับเครื่องรุ่นนี้ได้ ในขั้นตอน Disinfection รวมทั้ง ๗๐% เอธิลแอลกอฮอล์ หรือ ๗๐% Isopropyl Alcohol ในขั้นตอน Alcohol Flushing เพื่อช่วยให้ส่วน Channel ของกล้องแห้งอย่างรวดเร็ว และเป็นการกำจัด Microbacteria ก่อนเก็บ scope
๔. มีระบบทำความสะอาดแบบอัลตราโซนิก ซึ่งระบบนี้ช่วยในการขจัดคราบที่ติดแน่นกับกล้องออกไป
๕. สามารถเก็บข้อมูลการล้างกล้องแต่ละตัวได้
๖. สามารถตั้งเวลาล้าง (Washing Time) ตั้งแต่ ๑-๑๐ นาที (ปรับได้ช่วงละ ๑ นาที)
๗. สามารถตั้งเวลาฆ่าเชื้อ (Disinfection Time) ได้ตั้งแต่ ๕-๖๐ นาที
๘. อุณหภูมิที่ใช้งานของน้ำยาฆ่าเชื้อ (Disinfectant solution heating setting) ๒๐ องศาเซลเซียส
๙. ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐-๖๐ Hz
๑๐. รองรับความจุของน้ำยาฆ่าเชื้อได้ถึง ๑๗.๕ ลิตร
๑๑. มีระบบการระบายน้ำทิ้งด้วยระบบปั๊มของเครื่อง
๑๒. มี Sterile Filter ในส่วนของกรองน้ำเข้าเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าเครื่อง
๑๓. มีแผงแสดงข้อมูลโปรแกรมการล้าง ระดับอุณหภูมิ น้ำยา เวลาขณะใช้งาน ด้วยระบบดิจิตอลและสัญญาณไฟแสดงในช่วงเวลาของการทำ Disinfection เพื่อสะดวกในการใช้งาน
๑๔. ตัวอ่างภายในทำด้วยวัสดุ Stainless steel ผิวเรียบ
๑๕. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยสายไฟ AC


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๒. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๓. มีหนังสือคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละชุด
๔. ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายวิบูลย์ เตชะโกศล)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายวิจิตร ภัยญาคำ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นางทองใส คงวัน)