



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๑๔๖๖

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๙๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการ ทุกขั้นตอนตามวงเงิน ดังนี้ ข้อ ๒.๓ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เตียง ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฉัตรชัย แก้วสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโชติกา ไชยวงษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุกิดา อินทร์โหล)

พันเอก

(ศิวพล บุญรินทร์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

พันเอก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ คือ เติงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เติง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๓๖๐,๐๐๐.-บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท อินโนเวชั่นส์ จำกัด

๒. บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล จำกัด

๓. บริษัท เมดิคอล อินเตอร์เทค จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายฉัตรชัย แก้วสมศรี

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวโชติกา ไชยวงษ์

กรรมการ

๓. นางสาวดิสภา สุวรรณศรี

กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่

๒๕๖๓

๑. ความต้องการ เตียงนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฟฟ้าระบบไฮดรอลิก มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้เป็นเตียงนอนแบบรูดขึ้น สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แบบปรับท่าของเตียงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก และปรับยกเข้าได้แบบโกหมุน
๓. ลักษณะทั่วไป
- ๓.๑ มีไฮดรอลิกแบบแกนคู่รองรับเตียง โครงสร้างของเตียงทำด้วยเหล็กอบพ่นเคลือบสีป้องกันการเกิดสนิม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ๓.๒ เป็นเหยียบควบคุมการปรับเตียงแบบแยกแป้นสามารถปรับสูง – ต่ำและท่าศีรษะต่ำเท้าสูงและศีรษะสูงเท้าต่ำติดตั้งด้านข้างของเตียงทั้งด้านซ้ายและขวา
- ๓.๓ พื้นเตียงแบ่งออกเป็น ๔ ชั้น โดยแผ่นปรับยกหลังสามารถ X-ray ผ่านได้
- ๓.๔ ฐานเตียงหุ้มด้วยพลาสติกมีความแข็งแรง สำหรับเก็บสัมภาระของผู้ป่วย หรือวางเวชภัณฑ์ ทำความสะอาดง่าย
- ๓.๕ มีรูเสียบเสาน้ำเกลือได้ ๔ จุด ทั้งด้านหัวเตียงและท้ายเตียง
- ๓.๖ มีตัวกันกระแทกที่เตียงทั้ง ๔ มุม ของเตียงทำจากพลาสติก ABS ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงเสียดสีและแรงกระแทก
- ๓.๗ มีมือจับสำหรับขึ้นเตียงซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งทางฝั่งศีรษะและฝั่งปลายเท้าของผู้ป่วย โดยมีมือจับสามารถเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน
- ๓.๘ ระบบเบรคเป็นแบบเบรคได้พร้อมกันทั้ง ๔ ล้อ มีแป้นเหยียบควบคุมการเบรคและระบบล้อที่ห้เป็นขึ้นเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ติดตั้งอยู่ที่ฐานด้านหัวเตียงและปลายเตียง
- ๓.๙ มีระบบล้อที่ห้ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ง่ายต่อการควบคุมทิศทาง โดย สามารถเก็บล้อให้ลอยเหนือจากพื้นห้องได้ เมื่อไม่ใช้งาน
- ๓.๑๐ รวากันเตียงทำจากสแตนเลสมีจำนวน ๕ ซี่ โดยขอบบนทำจากพลาสติก ABS ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงเสียดสีและแรงกระแทก มีก้านปลดล็อคอยู่ฐานเตียง เมื่อพับรวากันเตียงลงรวากันเตียงจะแนบติดกับเตียงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ป่วย และสามารถยกขึ้นได้ด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องปลดก้านล็อคเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
- ๓.๑๑ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จาก FDA CE และ EN๐๑๔๗๐

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- | | |
|--|---------|
| ๔.๑ ขนาดของเตียงมีความกว้าง | ๗๔ ซม. |
| และมีความยาว | ๒๑๐ ซม. |
| ๔.๒ พื้นที่ที่ผู้ป่วยนอนได้มีความกว้าง | ๖๔ ซม. |
| และมีความยาว | ๑๙๐ ซม. |
| ๔.๓ เตียงสามารถรองรับน้ำหนักได้ | ๒๓๐ กก. |
| ๔.๔ การปรับระดับความสูง - ต่ำของเตียง (ไม่รวมเบาะ) ปรับได้สูงสุด | ๘๙ ซม. |

๔.๕ สามารถปรับเตียงในท่าต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

๔.๕.๑ ส่วนรองรับหลังปรับระดับได้สูงสุด

๙๐ องศา

เป็นระบบแก๊สสปริง บังคับด้วยก้านบีบได้พื้นเตียง

๔.๕.๒ สามารถปรับยกเท้าโดยไถหมุนได้สูงสุด

๔๐ องศา

๔.๕.๓ ปรับทำศีรษะต่ำเท้าสูงและศีรษะสูงเท้าต่ำได้สูงสุด

๑๖ องศา

๔.๕.๔ ปรับทำส่วนปลายเท้าสูงได้สูงสุด

๑๕ องศา

๔.๖ ล้อมีหน้าสัมผัสแบบโค้งเพื่อลดแรงสียดทานกับพื้น มีที่ครอบล้อโดยไม่มีรูของน็อตที่

ฝาครอบล้อเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

๒๐ ซม.

๔.๗ รวากันเตียงมีความสูง

๓๗ ซม.

และมีความยาว

๑๒๐ ซม.

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ เบาะนอน

จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ เสื่อน้ำเกลือปรับได้ ๒ ระดับและพับเก็บได้

จำนวน ๒ ชุด

๕.๓ มือจับสำหรับเข็นเตียง

จำนวน ๑ คู่

๕.๔ ที่ใส่ถังออกซิเจนแบบแขวน

จำนวน ๑ ชุด

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ เป็นเตียงใหม่ พร้อมติดตั้ง รับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา ๒ ปี

๖.๒ มีการสาธิตวิธีการใช้และการดูแลบำรุงรักษาให้กับผู้ใช้ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

๖.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ของประเทศไทย

ราคากลาง จำนวน ๒ เตียง เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....*ก้องเกียรติ ธรรมสาร*..... ประธานกรรมการ
(นายฉัตรชัย แก้วสมศรี)

(ลงชื่อ).....*หิมา หิม*..... กรรมการ
(นางสาวโชติกา ไชยวงษ์)

(ลงชื่อ).....*สุกิตา อินทร์ไธโล่*..... กรรมการ
(นางสาวสุกิตา อินทร์ไธโล่)