

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์
แผ่นตรวจค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบิน (Hb ๓๐๑ Microcuvettes)
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณสมบัติทั่วไป



เป็นชุดตรวจหาค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบินของผู้บริจาคโลหิต ที่แสดงผลเป็นตัวเลข

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นแผ่นตรวจ ซึ่งดูดซับหยดเลือดที่มีส่วนประกอบของฮีโมโกลบิน และวัดค่าฮีโมโกลบินแล้วรายงานผลเป็นตัวเลข
๒. แผ่นตรวจใช้หยดเลือดไม่เกิน ๑๐ ไมโครลิตร
๓. สามารถใช้ตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดฝอยส่วนปลายนิ้ว หลอดเลือดดำ หรือหลอดเลือดแดง
๔. สามารถตรวจวัดค่าความเข้มข้นฮีโมโกลบินได้ตั้งแต่ ๐-๒๕.๖ กรัมต่อเดซิลิตร
๕. สามารถอ่านผลค่าที่ตรวจวัดได้ ภายในเวลา ๓ วินาที
๖. ใช้หลักการตรวจด้วยวิธีอ่านค่า Isobestic point ของ Hb/HbO₂ จาก Whole blood
๗. แผ่นตรวจและเครื่องมือฯ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ ๑๐-๔๐ องศาเซลเซียส
๘. มีหนังสือจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์หรือหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๙. ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล และเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพสินค้าที่ส่ง และเงื่อนไขอื่น ตลอดระยะเวลาตามสัญญา มิฉะนั้น
กรรมการทรงไว้ ซึ่งสิทธิจะยกเลิกสัญญา ทั้งนี้ขึ้นกับ การพิจารณาของคณะกรรมการเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุรัญญา ขจัดโรคา) (นายพิเชษฐ์ อ่อนศิลา) (นางสาวกริณี อัมพรกั๋ง)