



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๗๖๙๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๘๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี โดยมอบให้ปฏิบัติราชการแทนทั้งกระบวนการทุกขั้นตอนตามวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) จำนวน ๒ เครื่อง ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นางระเบียบ พิพัฒน์มงคล)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางอุไรพรณ์ ทิดจันทิก)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางปิยพร ศรีพนมเขต)

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายอุบลรัตน์ รัตนพันธ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) จำนวน ๒ เครื่อง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔
จำนวน ๑๙๖,๐๐๐. บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. บริษัท ไฟกัส เมดิคอล จำกัด
 ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด
 ๓. บริษัท พีพีที เมดิคอล ซัพพลายส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางระเบียบ	พิพัฒน์มงคล	ประธานกรรมการ
๒. นางอุไรพรณ์	ทิตจันทิก	กรรมการ
๓. นางปิยพร	ศรีพนมเขต	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave)
ตามประกาศลงวันที่

๑. ความต้องการ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไฟฟ้า ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ห้องนึ่งทำด้วยสแตนเลสตีเกล็ด ๓๐๔ มีขนาด ๒๖๐ mm x ลึก ๔๕๐ mm

๓.๒ ขนาดทั้งหมด (OVERALL) ๕๔๐x๔๕๐x๖๓๐ mm

๓.๓ ความจุของห้องนึ่งประมาณ ๒๔ ลิตร

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ใช้ระดับความดันและอุณหภูมิดังนี้

- วัสดุไม่ห่อผ้า : ๑๑๘-๑๓๔C/๐.๙-๒.๑ กก/ตร.ซม.

- วัสดุห่อผ้า : ๑๑๘-๑๓๔C/๐.๙-๒.๑ กก/ตร.ซม.

- ของเหลว : ๑๑๘-๑๓๔C/๐.๙-๒.๑ กก/ตร.ซม.

๔.๒ เครื่องนึ่งมีระบบป้องกันความปลอดภัย ดังนี้

- ระบบความร้อนเกิน, เซฟตี้วาล์ว

- ระบบสวิตช์ฉุกเฉิน, ที่จับประตู, สวิตช์ควบคุมความดัน

- มีสายยางวัดระดับน้ำ กรณีน้ำน้อยเครื่องจะตัดการทำงาน

- มีนาฬิกาตั้งเวลาการฆ่าเชื้อและอบแห้งถึง ๕๐ เปอร์เซนต์

๔.๓ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย CE-EMC, LVD, CE-MDD

๕. อุปกรณ์ประกอบด้วย

๕.๑ กล่องสแตนเลส #๓๐๔ สำหรับฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ กล่อง

๕.๒ ถาดสแตนเลส # ๓๐๔ จำนวน ๑ ใบ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ราคากลางจำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๘,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางระเบียบ พิพัฒน์มงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอุไรพรณ์ ทิตจันทิก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยพร ศรีพนมเขต)

4051

4891

4/1/69